



REF 1104P

no
Formåt:
Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

Instruksjoner for bruk:

- Fest nesekanylen ved å skyve endekoblingen på et kompatibelt gassuttak.
- Still oksygen til foreskrevet strømningshastighet, som spesifisert av klinikeren.
- Verifiser de sikre tilkoblingene ved å bekrefte strømmen av gass gjennom enheten.
- Sett nesestikkene inn i neseborene og plasser lariatsslangen over ørene. Juster boloslidet under haken til nesekanylen sitter godt fast.

Advarsler:

- Ikke-steril. Ikke steriliser før bruk.
- Bruk aldri nær en tennkilde.
- Bruk aldri hvis enheten er skitten eller skadet.
- Bekreft kompatibilitet med gassuttaket før bruk. Standard koblingsstykker er kompatible med hannkoblinger på 5-7 mm.
- Før bruk, må det bekreftes at alle tilkoblinger er sikre. Ikke overstram eller tving koblingene. Ikke endre enheten. Feilaktige tilkoblinger kan føre til frakobling eller lekkasje under bruk. Dette kan føre til forringelse av ytelsen og øke risikoen for pustebesvær.
- Maksimal strømningshastighet: 6 LPM. Maksimalt trykk: 50 PSI.
- Kun for engangsbruk: Produktet må ikke gjenbrukes, prosesseres på nytt eller steriliseres på nytt. Gjenbruk av enheten fører til en potensiell risiko for alvorlig skade og/eller infeksjon som kan føre til død. Reprosessering av medisinsk utstyr som er beregnet på kun én pasient kan resultere i svekket ytelse eller tap av funksjonalitet.
- Om det har oppstått en alvorlig hendelse i forhold til utstyret så må det rapporteres til Medline eller korrekt myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

Instruksjoner for avhending:

Man bør alltid ta sine forholdsregler ved å avhende denne enheten. Avhending av enheten må utføres ifølge gjeldende sykehus- eller nasjonale forskrifter for biologisk farlig avfall.

el
Προοριζόμενη χρήση:
Οι ρινικές κάνουλες χρησιμοποιούνται για την παροχή χαμηλής ροής οξυγόνου στον ασθενή μέσω των ρουθουνίων. Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση από ιατρικό προσωπικό, λαϊκούς ή ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί θεραπεία με οξυγόνο. Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο διάστημα 30 ημερών.
Οδηγίες χρήσης:
1. Συνδέστε τη ρινική κάνουλα πιέζοντας τον ακραίο σύνδεσμο απευθείας σε συμβατή έξοδο αερίου.
2. Ρυθμίστε το οξυγόνο στο συνταγογραφημένο ρυθμό ροής σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευμένου κλινικού ιατρού.
3. Ελέγξτε για ασφαλείς συνδέσεις επιβεβαιώνοντας τη ροή του αερίου μέσω της συσκευής.
4. Τοποθετήστε τις ρινικές αιχμές στα ρουθούνια και τοποθετήστε τη σωλήνωση lariat πάνω από τα αυτιά. Ρυθμίστε την ολίσθηση bolo κάτω από το πηγούνι μέχρι να είναι ασφαλής η ρινική κάνουλα.
Προειδοποιήσεις:
• Μην αποστειρωμένο. Μην αποστειρώνετε πριν από τη χρήση.
• Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία πηγής ανάφλεξης.
• Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι λερωμένη ή κατεστραμμένη.
• Πριν από τη χρήση, εξασφαλίστε συμβατότητα με την έξοδο αερίου. Οι τυπικοί σύνδεσμοι είναι συμβατοί με αρσενικά εξαρτήματα 5-7mm.
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Μην αφήσετε υπερβολικά ή πιέζετε τις συνδέσεις. Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Οι ακατάλληλες συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποσύνδεση ή διαρροή κατά τη χρήση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσης και να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικής δυσχέρειας.
• Μέγιστος ρυθμός ροής: 6 LPM. Μέγιστη πίεση: 50 PSI.
• Μόνο για χρήση: Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάστε ή αποστειρώστε. Η επαναχρησιμοποίηση της συσκευής δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή/και μόλυνσης που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προορίζονται για μία μόνο χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επιδόσεων ή απώλεια λειτουργικότητας.
• Εάν έχει συμβεί σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στη Medline και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

sl
Przedvideni namen:
Nosne kanile se uporabljajo za dovanjanje nizkega pretoka kisika bolniku skozi nosnice. Ti pripomočki so namenjeni za uporabo s strani medicinskega osebja, laikov ali bolnika, ki mu je predpisan kisik. Predvidena za uporabo največ 30 dni.
Smernice za uporabo:
1. Pritrdite nosno kanilo tako, da končni priključek potisnete neposredno na združljiv odvod plina.
2. Nastavite kisik na predpisano hitrost pretoka po navodilih zdravnika.
3. Preverite varne povezave tako, da potrdite pretok plina skozi pripomoček.
4. Nosne roglje vstavite v nosnice in namestite lariat čvrsto čez ušesa. Prilagodite nastavljen drsnik pod brado, dokler nosna kanila ni pritrjena.
Opozorila:
• Nesterilno. Pred uporabo ne sterilizirajte.
• Ne uporabljajte v bližini vira vžiga.
• Ne uporabljajte, če je pripomoček umazan ali poškodovan.
• Pred uporabo se prepričajte o združljivosti z odvodom plina. Standardni priključki so združljivi s 5–7 mm moškimi priključki.
• Pred uporabo se prepričajte, da so vse povezave varne. Povezav ne zategnite preveč in jih ne priključite na silo. Pripomočka ne spreminjajte. Nepravilne povezave lahko povzročijo odklop ali puščanje med uporabo, kar lahko povzroči poslabšanje delovanja in poveča tveganje za oteženo dihanje.
• Največja stopnja pretoka: 6 LPM. Najvišji tlak: 50 PSI.
• Samo za enkratno uporabo: Ne uporabljajte ponovno, obdelajte ali ponovno sterilizirajte. Ponovna uporaba pripomočka lahko povzroči tveganje za resno poškodbo in/ali okužbo, ki lahko privede do smrti. Ponovna obdelava medicinskih pripomočkov, namenjenih samo za enkratno uporabo, lahko povzroči poslabšano delovanje ali izgubo funkcionalnosti.
• O vsakem resnem incidentu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je treba obvestiti Medline in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik stalno prebivališče.

pl
Przeznaczenie:
Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.
Instrukcja użytkowania:
1. Podłączyć kaniulę nosową, wciskając złącze końcowe bezpośrednio do kompatybilnego wylotu gazu.
2. Ustawić tlen na zalecany przepływ zgodnie z zaleceniami lekarza.
3. Sprawdzić poprawność połączeń, potwierdzając przepływ gazu przez urządzenie.
4. Włożyć wąsy nosowe do nozdrzy i umieścić rurkę lariatową nad uszami. Dopasować suwak pod brodą, aby kanuła nosowa była dobrze zamocowana.
Ostrzeżenia:
• Produkt niesterylny. Nie sterylizować przed użyciem.
• Nie stosować w obecności źródła zapłonu.
• Nie używać, jeśli urządzenie jest zabrudzone lub uszkodzone.
• Przed użyciem należy sprawdzić zgodność z wylotem gazu. Standardowe złącza są kompatybilne z męskimi złączami 5-7 mm.
• Przed użyciem upewnić się, że wszystkie połączenia są dobrze podłączone. Nie dokręcać zbyt mocno podłączeń. Nie należy modyfikować urządzenia. Nieprawidłowe połączenia mogą skutkować rozłączeniem lub wyciekami podczas użytkowania, co może skutkować pogorszeniem wydajności i zwiększeniem ryzyka zaburzeń oddechowych.
• Maksymalne natężenie przepływu: 6 LPM. Ciśnienie maksymalne: 50 PSI.
• Tylko do jednorazowego użytku: Nie używać ponownie, nie przetwarzać ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie urządzenia stwarza potencjalne ryzyko poważnych obrażeń i/lub infekcji, które mogą prowadzić do śmierci. Ponowne przetwarzanie wyrobów medycznych przeznaczonych do jednorazowego użytku może prowadzić do obniżenia wydajności lub utraty funkcjonalności.
• W razie wystąpienia poważnego wydarzenia w związku z produktem, należy zgłosić to firmie Medline oraz odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim właściwym dla użytkownika i/lub pacjenta.

ro
Scopul vizat:
Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.
Instrucțiuni de utilizare:
1. Atașați canula nazală prin împingerea conectorului de capăt direct pe ieșirea de gaz compatibilă.
2. Reglați oxigenul la debitul prescris, conform indicațiilor medicului.
3. Verificați dacă conexiunile sunt sigure prin confirmarea fluxului de gaz prin dispozitiv.
4. Introduceți colturile nazale în nări și poziționați tubulatură lariat peste urechi. Reglați glisorul bolo sub bărbie până când se fixează canula nazală.
Avertismente:
• Nesteril. Nu sterilizați înainte de utilizare.
• Nu utilizați în prezența unei surse de aprindere.
• Nu utilizați dacă dispozitivul este murdar sau deteriorat.
• Înainte de utilizare, asigurați-vă că este compatibil cu priza de gaz. Conectorii standard sunt compatibili cu fittingurile tată de 5-7 mm.
• Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure. Nu strângeți excesiv și nu forțați conexiunile. Nu modificați dispozitivul. Conexiunile necorespunzătoare pot duce la deconectare sau la scurgeri în timpul utilizării, ceea ce poate duce la degradarea performanțelor și la creșterea riscului de insuficiență respiratorie.
• Debitul maxim: 6 LPM. Presiunea maximă: 50 PSI.
• De unică folosință: Nu reutilizați, nu recondiționați și nu sterilizați. Reutilizarea dispozitivului poate expune la riscul de rănire gravă și/sau infecție cu consecințe potențial fatale. Recondiționarea dispozitivelor medicale de unică folosință poate duce la scăderea performanței sau la pierderea funcționalității.
• În cazul în care s-a produs un incident grav în ceea ce privește dispozitivul medical, atunci acest incident trebuie raportat către Medline și către autoritatea competentă a Statului Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

hu
Namjena:
Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen. Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

hu
Namjena: Nazalne kanile koriste se za isporučivanje kisika slabog protoka pacijentu kroz nosnice. Predviđeno je da ove uređaje koristi medicinsko osoblje, osobe koje nisu medicinske struke ili pacijent kojem je propisano korištenje kisika. Namijenjeno za korištenje u trajanju od najviše 30 dana.

no
Formåt: Nesekanyler brukes til å levere en lav oksygenstrøm til pasienten gjennom neseborene. Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

pl
Przeznaczenie: Kaniule nosowe służą do dostarczania pacjentowi tlenu o niskim przepływie przez nozdrza. Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen. Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

ro
Scopul vizat: Canulele nazale sunt utilizate pentru a furniza pacientului un debit scăzut de oxigen prin nări. Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele neprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris